



HiPette-LTS& HiPette

全消毒（轻手感）手动可调式彩色移液器

DLAB新一代全消毒手动移液器采用优秀的人体工程学设计，重量极轻，给客户带来更顺畅，更轻松的移液体验。可紫外线杀菌，并能抵抗强化学腐蚀。无需拆卸即可整支高温高压灭菌。此外，量程锁能有效防止因误操作引起的移液误差，同时有利于小体积液体的准确转移。

HiPette

全消毒手动8&12&16道可调式彩色移液器



全消毒手动8道可调式彩色移液器

量程	增量	测量体积	系统误差		随机误差	
μL	μL	μL	μL	%	μL	%
0.5-10	0.01	10	± 0.2	± 2.0	± 0.12	± 1.2
		5	± 0.2	± 4.0	± 0.125	± 2.5
		1	± 0.1	± 10.0	± 0.06	± 6.0
5-50	0.05	50	± 0.6	± 1.2	± 0.3	± 0.6
		25	± 0.5	± 2.0	± 0.3	± 1.2
		5	± 0.25	± 5.0	± 0.2	± 4.0
10-100	0.1	100	± 1.0	± 1.0	± 0.5	± 0.5
		50	± 0.6	± 1.2	± 0.5	± 1.0
		10	± 0.4	± 4.0	± 0.25	± 2.5
20-200	5	200	± 2.0	± 1.0	± 1.0	± 0.5
		100	± 1.5	± 1.5	± 0.8	± 0.8
		20	± 0.8	± 4.0	± 0.4	± 2.0
30-300	0.2	300	± 3.0	± 1.0	± 1.5	± 0.5
		150	± 2.25	± 1.5	± 1.2	± 0.8
		30	± 1.2	± 4.0	± 0.6	± 2.0

全消毒手动12道可调式彩色移液器

量程	增量	测量体积	系统误差		随机误差	
μL	μL	μL	μL	%	μL	%
0.5-10	0.01	10	± 0.2	± 2.0	± 0.12	± 1.2
		5	± 0.2	± 4.0	± 0.125	± 2.5
		1	± 0.1	± 10.0	± 0.06	± 6.0
5-50	0.05	50	± 0.6	± 1.2	± 0.3	± 0.6
		25	± 0.5	± 2.0	± 0.3	± 1.2
		5	± 0.25	± 5.0	± 0.2	± 4.0
10-100	0.1	100	± 1.0	± 1.0	± 0.5	± 0.5
		50	± 0.6	± 1.2	± 0.5	± 1.0
		10	± 0.4	± 4.0	± 0.25	± 2.5
20-200	5	200	± 2.0	± 1.0	± 1.0	± 0.5
		100	± 1.5	± 1.5	± 0.8	± 0.8
		20	± 0.8	± 4.0	± 0.4	± 2.0
30-300	0.2	300	± 3.0	± 1.0	± 1.5	± 0.5
		150	± 2.25	± 1.5	± 1.2	± 0.8
		30	± 1.2	± 4.0	± 0.6	± 2.0

全消毒手动16道可调式彩色移液器

量程	增量	测量体积	系统误差		随机误差	
μL	μL	μL	μL	%	μL	%
1-20	0.01	20	± 2.0	± 0.4	± 1.0	± 2.0
		10	± 4.0	± 0.4	± 2.0	± 0.2
		2	± 8.0	± 0.16	± 5.0	± 0.1
5-100	0.1	100	± 1.0	± 1.0	± 0.6	± 0.6
		50	± 1.2	± 0.6	± 0.8	± 0.4
		10	± 3.0	± 0.3	± 2.0	± 0.2